



Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический Центр «Эталон»
(ООО «НТЦ «Эталон»)

197343, Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, дом 57, литера А
тел./факс: (812) 640-66-92, (812) 640-66-94
ИНН/КПП 7804420632/781401001,

www.ntc-etalon.spb.ru, e-mail: ntc-etalon@yandex.ru, mail@ntc-etalon.ru

24 СЕН 2024

№

315

На № _____

от _____

Об эксплуатации эндоскопа

Генеральному директору
ООО «Энерджи Девелопмент»
Колычевой С.А.

e-mail: info@nrgdv.ru

Уважаемая Светлана Александровна!

Настоящим сообщаем, что в период с 18.09.2024 г. по 20.09.2024 г. была осуществлена функциональная проверка работоспособности видеоэндоскопа VRScore X5 Pro-M в комплекте со сменной гибкой рабочей частью (зондом) X5-2920EDF (дистальная часть - диаметр 2,9 мм, длина 2000 мм), поставленного Вашей организацией по договору поставки № 34 от 20.06.2024 г.

С применением видеоэндоскопа VRScore X5 Pro-M был осуществлен контроль внутренних каналов изделий металлических агрегатов, созданных с помощью методов аддитивного производства. Целью контроля таких агрегатов является поиск частиц металлопорошка, оставшегося во внутренних каналах агрегатов после их «выращивания».

Прибор в полной мере с поставленными перед ним задачами справился. Отдельно стоит отметить компактные размеры зонда диаметром 2,9 мм, позволяющие производить визуальный контроль каналов объекта контроля в самых труднодоступных местах, а также наличие защитной вольфрамовой оплетки, обеспечивающей защиту зонда от повреждений.

Фотографии процесса проверки прибора приведены на рисунках 1-3 в Приложении 1.

Приложение:

1. Фотографии процесса проверки VRScore X5 Pro-M

Директор

О.В. Краснов